

ISTRUZIONI PER L'USO (IT)

PINZE E FORBICI BIPOLARI





RUDOLF Medical GmbH + Co. KG Zollerstrasse 1, 78567 Fridingen an der Donau, Germania

Tel. +49 7463 9956-0 Fax +49 7463 9956-56 <u>sales@RUDOLF-med.com</u> www.RUDOLF-med.com

D0169 / Rev J / ACR01189 / 2025-09-22

(€₀₂₉₇

PRIMA DELL'UTILIZZO SI PREGA DI LEGGERE QUESTA ISTRUZIONE E CONSERVARLA IN UN LUOGO SICURO

PRODOTTO

La presente istruzione per l'uso è valida per le pinze bipolari e forbici bipolari della ditta RUDOLF Medical.

Riceverete un prodotto di alta qualità, la cui corretta gestione e coretto utilizzo sono descritti di seguito. Gli strumenti per elettrochirurgia sono destinati all'uso da parte di personale specializzato (chirurghi, infermieri di sala operatoria, operatori addetti alla sterilizzazione). Gli utenti professionali devono essere addestrati all'uso degli strumenti ad alta freguenza (HF).

Gli strumenti della RUDOLF Medical vengono forniti non sterili e devono essere puliti, disinfettati e sterilizzati prima del primo utilizzo e immediatamente dopo ogni utilizzo. Assicurarsi che l'imballaggio sia integro al momento della consegna. I tappi di protezione e l'imballaggio per il trasporto devono essere prima rimossi.

DESTINAZIONE D'USO

Le pinze bipolari sono destinate alla presa, alla dissezione e alla coagulazione dei tessuti durante interventi in chirurgia aperta.

Le forbici bipolari sono destinate a tagliare, sezionare e coagulare i tessuti durante gli interventi in chirurgia aperta.

INDICAZIONI

Le pinze e le forbici bipolari vengono utilizzate nella chirurgia aperta e in diverse discipline chirurgiche, come ad esempio: chirurgia generale, chirurgia viscerale, neurochirurgia, chirurgia ORL (orecchio, naso, gola), chirurgia ginecologica, chirurgia urologica, chirurgia plastica e ricostruttiva.

CONTROINDICAZIONI

Le pinze e le forbici bipolari non sono destinate all'uso sul sistema nervoso centrale e sul sistema circolatorio.

GRUPPO DI PAZIENTI

Gli strumenti non sono limitati a una popolazione specifica. Lo strumento non deve essere utilizzato se, a giudizio del medico curante, i rischi per il paziente superano i benefici.

INFORMAZIONE PRODOTTO

- Lo strumento viene collegato all'uscita bipolare di un generatore ad alta frequenza (HF) mediante un cavo adeguato.
- Le seguenti tensioni massime di uscita (Umax) per i seguenti strumenti della ditta RUDOLF Medical (riferimento in parentesi) non devono essere superate:

300 Vp (RU 138x-xx) 300 Vp (HF510-011 – HF511-511) 500 Vp (HF515-015 – HF533-618)

 Osservare le istruzioni per l'uso e la sicurezza fornite dal produttore del generatore ad alta frequenza.

INCIDENTI SEGNALATI IN RELAZIONE ALL'USO DI SISTEMI ELETTROCHIRURGICI

- Attivazione involontaria con conseguenti danni ai tessuti e/o all'apparecchiatura.
- Incendio in relazione a teli di copertura e altri materiali infiammabili.
- Percorsi di corrente alternata che provocano ustioni nei punti in cui il paziente o l'utente entrano in contatto con componenti non isolati.
- Esplosioni causate da scintille in prossimità di gas infiammabili.
- Perforazione di organi. Emorragia improvvisa e grave.



🔼 AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Non superare le tensioni di uscita massime sopra indicate.
- Gli strumenti bipolari non devono essere utilizzati in un campo RM (risonanza magnetica).
- Si consiglia di utilizzare un sistema di aspirazione dei fumi.

D0169 Pagina 1 di 5

- Assicurarsi che gli strumenti bipolari non entrino in contatto con teli di copertura o altri materiali infiammabili.
- Per i pazienti con pacemaker o altri impianti attivi, a causa delle interferenze elettromagnetiche durante l'uso dell'elettrochirurgia, è necessario adottare precauzioni speciali, come ad esempio una potenza ad alta frequenza ridotta e un monitoraggio continuo del paziente. In ogni caso, consultare un cardiologo o un medico specialista qualificato.
- Adesione delle punte al tessuto: a causa dell'elettrochirurgia, esiste il rischio che le punte degli strumenti bipolari aderiscano al tessuto. Rimuovere il tessuto aderente durante l'intervento. Se ciò non è più possibile, sostituire lo strumento bipolare.
- Nei pazienti con infezioni incurabili come la malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJK), l'epatite, l'HIV, nelle possibili varianti di queste infezioni o in caso di sospetta infezione, è necessario rispettare le normative nazionali vigenti in materia di smaltimento e trattamento degli strumenti.
- La mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso e di sicurezza, nonché un uso improprio degli strumenti possono causare lesioni, malfunzionamenti, usura prematura o rischi per pazienti, utenti e terzi.
- Le forbici bipolari contengono componenti ceramici di alta qualità che devono essere trattati con particolare cura e protetti dalla rottura.
- La combinazione sicura degli strumenti tra loro o con gli accessori deve essere verificata dall'utente prima dell'uso clinico.
- Attivare la corrente ad alta frequenza (HF) solo quando le superfici di contatto sono completamente visibili e hanno un buon contatto con il tessuto da trattare. Durante l'uso, non toccare altri strumenti metallici, guaine, ottiche o oggetti simili.
- Gli strumenti temporaneamente non utilizzati devono essere riposti lontano dal paziente.
- Non utilizzare mai gli strumenti in presenza di sostanze infiammabili o esplosive.
- Prestare attenzione quando si maneggiano lame taglienti, poiché sussiste il pericolo di lesioni.
- Non utilizzare mai strumenti danneggiati.
- Non utilizzare spazzole metalliche o detergenti abrasivi, poiché i danni alla superficie possono causare corrosione.
- Non lasciare gli strumenti troppo a lungo nel disinfettante. Attenersi alle indicazioni del produttore del disinfettante.
- La pulizia/disinfezione meccanica è preferibile a quella manuale, poiché i processi meccanici sono standardizzabili, riproducibili e quindi verificabili.

PRIMA DI OGNI UTILIZZO: CONTROLLO VISIVO E FUNZIONALE

Verificare la presenza di quanto segue:

- Danni esterni (ad es. ammaccature, sbavature, crepe o bordi taglienti)
- Funzionamento corretto
- Residui di detergenti o disinfettanti
- Contatto perfetto di tutti i connettori e cavi ad alta freguenza (HF)
- Funzionamento del comando a pedale
- Danni all'isolamento del cavo ad alta frequenza (HF) e dello strumento
- Pulizia delle punte degli strumenti bipolari (superfici di contatto)
- In particolare, è necessario controllare con attenzione le parti come punte, tutte le parti mobili e gli elementi in ceramica.

- Vedi anche la sezione "Manutenzione, controllo e verifica".
- Prodotti difettosi: vedi la sezione "Riparazioni e resi".

ISTRUZIONI PER IL RITRATTAMENTO

Restrizioni per il ritrattamento

- Il periodo di vita del prodotto dipende dai seguenti fattori:
 - Numero di applicazioni e relativi cicli di ricondizionamento
 - Cura e manutenzione
 - Leggibilità della marcatura sullo strumento bipolare
- Gli strumenti per elettrochirurgia sono soggetti per loro natura a una maggiore usura a seconda del tipo e della durata dell'applicazione.
- I manici in plastica non devono essere trattati con perossido di idrogeno (H2O2), poiché potrebbero danneggiarsi.

Trattamento iniziale al punto di utilizzo

- Gli strumenti difettosi devono essere contrassegnati in modo visibile. Devono inoltre essere ricondizionati prima di essere smaltiti o restituiti.
- Subito dopo l'uso, sciacquare gli strumenti sotto l'acqua fredda del rubinetto fino a rimuovere ogni traccia di sporco visibile; se necessario, si può usare una spazzola di plastica morbida.
- Per la pulizia preliminare degli strumenti non utilizzare agenti fissanti o acqua calda (> 40°C), poiché ciò potrebbe causare l'indurimento dei residui e compromettere l'efficacia della pulizia.

D0169 Pagina 2 di 5

Trasporto

- Il trasporto sicuro degli strumenti al luogo di trattamento deve avvenire in un contenitore/sistema di contenitori chiusi per evitare danni agli strumenti e la contaminazione dell'ambiente.
- Tutti gli strumenti chirurgici devono sempre essere maneggiati con la massima cura durante il trasporto, la pulizia, la cura, la sterilizzazione e la conservazione. Questo vale in particolare per parti taglienti, punte delicate e altre aree sensibili.

Pre-lavaggio manuale

- Immergere gli strumenti in acqua fredda per 5 minuti.
- Spazzolare tutte le superfici degli strumenti sotto l'acqua fredda del rubinetto con una spazzola morbida per rimuovere tutto lo sporco visibile.

Pulizia e disinfezione manuale

Pretrattamento in bagno ad ultrasuoni

- Rimuovere lo sporco fortemente incrostato in un bagno ad ultrasuoni prima della pulizia meccanica. A tal fine, utilizzare un detergente enzimatico allo 0,5% a 40°C con un tempo di sonicazione di almeno 15 minuti.
- 2. Rimuovere gli strumenti e sciacquarli completamente con acqua fredda per eliminare il detergente.

Pulizia

- Preparare un bagno di pulizia secondo le istruzioni del produttore del detergente. Per la validazione è stato utilizzato Cidezyme della ditta Johnson & Johnson
- Sciacquare gli strumenti sotto l'acqua fredda del rubinetto (< 40°C) fino a rimuovere tutto lo sporco visibile.
- 3. Rimuovere lo sporco essiccato con una spazzola morbida.
- 4. Immergere gli strumenti nel bagno di pulizia preparato. Osservare il tempo di esposizione secondo le istruzioni del produttore.
- Pulire manualmente gli strumenti inseriti con una spazzola morbida e spazzolare più volte tutte le superfici.
- Sciacquare accuratamente gli strumenti con acqua demineralizzata per rimuovere completamente il detergente.

Disinfezione

- 1. Preparare un bagno disinfettante secondo le istruzioni del produttore del disinfettante. Per la validazione è stato utilizzato Cidex OPA di Johnson & Johnson.
- 2. Immergere gli strumenti nel bagno di disinfezione e osservare il tempo di esposizione secondo le istruzioni del produttore.
- 3. Non lasciare gli strumenti troppo a lungo nel disinfettante. Attenersi alle indicazioni del produttore del disinfettante.
- 4. Sciacquare accuratamente gli strumenti con acqua completamente desalinizzata per rimuovere completamente il disinfettante.

Asciugatura manuale

- Utilizzare un panno privo di pelucchi.
- Utilizzare, se necessario, aria compressa sterile.

Pulizia e disinfezione meccanica

- Gli strumenti possono essere puliti e disinfettati solo in lavastrumenti idonei (termodisinfettori) e con una procedura/programma convalidato per il termodisinfettore e il tipo di strumento (EN ISO 15883).
- È necessario rispettare le istruzioni per l'uso e il caricamento del produttore del termodisinfettore.
- Gli strumenti articolati devono essere aperti di circa 90 gradi per la pulizia.
- Nella scelta del detergente, tenere conto del materiale e delle caratteristiche dello strumento, del detergente raccomandato dal produttore del termodisinfettore per la rispettiva applicazione e delle raccomandazioni dell'Istituto Robert Koch (RKI) e della DGHM (Società tedesca per l'igiene e la microbiologia).

Detergente per la pulizia meccanica nel termodisinfettore

Tipo di processo	Detergente	Fabbricante
Alcalino	neodisher® FA	Dr. Weigert
Enzimatico	Endozime	Ditta Ruhof

Programma di pulizia meccanica con disinfezione termica nel termodisinfettore con processo alcalino OPPURE enzimatico:

Processo	Reagenti	Tempo / min	Temp. / °C
Prelavaggio	Acqua in qualità di acqua potabile	1	fredda
Scarico			
Prelavaggio	Acqua in qualità di acqua potabile	3	fredda
Scarico			
	Acqua, 0,5% detergente alcalino		55
Lavaggio	OPPURE	5	
	Acqua, 0,5% detergente enzimatico		45
Scarico			
Neutralizzazione	Acqua in qualità di acqua potabile e neutralizzatore	3	Calda (> 40°C)
Scarico			
Risciacquo	Acqua in qualità di acqua potabile	2	Calda (> 40°C)
Scarico			
Disinfezione *	Acqua demineralizzata	> 5	> 90
Asciugatura **		> 20	max. 93

D0169 Pagina 3 di 5

- * Per la disinfezione termica automatizzata, rispettare i requisiti nazionali per il valore A₀ della norma ISO 15883-1 (A₀ = 3000).
- ** Se necessario, è possibile eseguire l'asciugatura manuale con un panno morbido privo di pelucchi. Asciugare le cavità degli strumenti con aria compressa sterile.

MANUTENZIONE, CONTROLLO ED ISPEZIONE

- Dopo la pulizia e la disinfezione, gli strumenti devono essere sottoposti a un controllo visivo e funzionale. Gli strumenti devono essere macroscopicamente puliti (senza residui visibili).
 Occorre prestare particolare attenzione a fessure ed articolazioni.
- Se sono ancora visibili residui di sporco / liquidi, il processo di pulizia e disinfezione deve essere ripetuto.
- Prima di ogni sterilizzazione, lo strumento deve essere montato e controllato per il funzionamento, l'usura e i danni (crepe, ruggine) e sostituito, se necessario.
- I prodotti difettosi devono essere passati attraverso l'intero processo di ritrattamento prima di essere restituiti per la riparazione o il reclamo.
- Vedere anche "Prima di ogni utilizzo: controllo visivo e funzionale" in queste istruzioni.

IMBALLAGGIO

- L'imballaggio degli strumenti secondo norma per la sterilizzazione deve essere scelto in riferimento alle norme DIN EN ISO 11607 e DIN EN 868.
- Nel caso di confezioni singole, assicurarsi che siano sufficientemente grandi da contenere il prodotto senza causare tensioni sulla giuntura o che danneggi la confezione. Le punte e i bordi taglienti non devono perforare la confezione di sterilizzazione.

STERILIZZAZIONE

- Le forbici devono essere sterilizzate quando sono chiuse per garantire la scorrevolezza delle lame delle forbici.
- La sterilizzazione deve essere effettuata in conformità alla norma DIN EN ISO 13060 / ISO 17665 o in conformità a un processo di sterilizzazione a vapore convalidato (processo di vuoto frazionato) in una sterilizzatrice conforme alla norma EN 285 / DIN 58946.
- È necessario rispettare le istruzioni del produttore del dispositivo di sterilizzazione.
- 3 fasi di prevuoto con una pressione di almeno 60 mbar:

Temperatura di sterilizzazione	Tempo di esposizione	Tempo di asciugatura
132°C - 137°C	3 - 5 minuti; massimo18 minuti	Minimo 10 minuti

STOCCAGGIO

Conservare gli strumenti sterilizzati in un ambiente asciutto, pulito e privo di polvere.
 Osservare le linee guida vigenti a livello nazionale.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VALIDAZIONE PER IL TRATTAMENTO

Per la validazione sono stati utilizzati i seguenti mezzi e macchine:

Pulizia manuale – pretrattamento	 Bagno ad ultrasuoni 0,5% di detergente enzimatico Temperatura: 40°C Tempo di sonazione di minimo 15 minuti 	
Pulizia manuale	Bagno di pulizia con detergente: Cidezyme Enzymatic Detergent Solution; Johnson & Johnson	
Disinfezione manuale	Bagno di disinfezione con detergente: Cidex OPA; Johnson & Johnson	
Pulizia a macchina, alcalina	macchina, alcalina Detergente: neodisher® FA; Dr. Weigert	
Pulizia a macchina, enzimatica	Detergente: Endozime; Fa. Ruhof	
Termodisinfettore	 Disinfettore G 7735 CD; Miele Carrello E 327-06; Miele Carello per strumentario mininvasivo E 450; Miele 	
Disinfezione	Termica	
Neutralizzatore	neodisher® Z; Dr. Weigert	
Sterilizzazione	Sterilizzazione a vapore	

ULTERIORI AVVERTENZE

 Se i mezzi e gli apparecchi sopra descritti non sono disponibili, spetta all'utente convalidare il proprio processo di conseguenza.

SMALTIMENTO

- I prodotti possono essere smaltiti correttamente solo dopo una pulizia e disinfezione.
- Per lo smaltimento o il riciclaggio del prodotto, dei suoi componenti e dell'imballaggio è necessario rispettare le normative nazionali.
- Il prodotto deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente secondo le linee guida ospedaliere vigenti.
- Fare attenzione alle punte e ai bordi taglienti. Utilizzare tappi o contenitori protettivi adeguati a proteggere terzi da eventuali lesioni.

D0169 Pagina 4 di 5

RIPARAZIONE/ RESO MERCE

- Non eseguire mai riparazioni da soli. L'assistenza e le riparazioni devono essere eseguite solo da personale istruito e qualificato. Per qualsiasi domanda in merito, rivolgersi alla RUDOLF Medical, al vostro rivenditore autorizzato o al proprio reparto di tecnologia medica.
- A causa del rischio di infezione, i prodotti difettosi devono essere sottoposti all'intero processo di ricondizionamento prima di essere rispediti per la riparazione o il reclamo.

PROBLEMI / EVENTI

- L'utente deve segnalare tutti i problemi relativi ai prodotti della RUDOLF Medical al rispettivo rivenditore autorizzato.
- In caso di incidenti gravi con i prodotti, l'utente deve segnalarli alla RUDOLF Medical in qualità di produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utente è stabilito.

GARANZIA

- Gli strumenti sono fabbricati con materiali di alta qualità e sono sottoposti a un rigoroso controllo di qualità prima della consegna. In caso di discrepanze, si prega di contattare la ditta RUDOLF Medical oppure il vostro rivenditore autorizzato.
- Si declina ogni responsabilità per prodotti modificati rispetto all'originale, utilizzati in modo improprio o manipolati in modo non corretto.

ACCESSORI

Cavi di collegamento bipolari adatti:

- Per forbici bipolari: HF300-20x

Per pinze bipolari: HF310-xxx

RICONDIZIONAMENTO – NORME APPLICABILI

- DIN EN 285 sterilizzazione sterilizzatrici a vapore grandi sterilizzatrici a vapore
- DIN EN 868 materiali/sistemi per imballaggi per dispositivi medici da sterilizzare -Parte 8: Contenitori pluriuso per sterilizzatrici a vapore secondo EN 285; Requisiti e procedura di controllo
- DIN EN ISO 11607: Imballaggi per dispositivi medici da sterilizzare nell'imballaggio finale Parte 1: Requisiti per materiali, sistemi di barriera sterili e sistemi di imballaggio
- DIN EN 13060 piccole sterilizzatrici a vapore
- DIN EN ISO 15883: Termodisinfettori Parte 1: Requisiti generali, terminologia e metodi di prova
- DIN EN ISO 17664 Condizionamento dei prodotti per la cura della salute Informazioni che devono essere fornite dal fabbricante del dispositivo medico per il condizionamento dei dispositivi medici

SIMBOLI

(3)	Consultare le istruzioni per l'uso
<u> </u>	Attenzione
LOT	Codice del lotto
REF	Codice articolo
QTY	Quantità per confezione
NON	Non sterile
***	Fabbricante
	Data di fabbricazione
Ć € 0297	Marcatura CE secondo la direttiva (EU) 2017/745 per dispositivi medici (MDR) incluso il riferimento dell'organismo notificato.
MD	Dispositivo medico

D0169 Pagina 5 di 5